



UNICORN KARDİYAK BAKIM ÇİZELGESİ

AY _____

YIL _____

SERİ NO _____

HAFTALIK	1	2	3	4	5
Cihaz Dış Yüzey Temizliği (Dezenfeksiyon)					

**UNICORN S Model hastabaşı test (POCT) sistemleri için tanımlanmış bir bakım programı ve gereksinimi bulunmaz.

İç kalite kontroller günlük çalışılır ve kontrol değerleri aralık dışına çıktığında cihaz değişimi yapılır.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi sadece haftalık yüzey temizliği cihaz bakımı için yeterli olmaktadır.